



## Kit de démarrage OC-Light®

Section 1 Identification	
Nom du produit	Kit de démarrage OC-Light®
Numéro de catalogue	FBT-STARTER, FBT-STARTER-CH
Utilisation recommandée	Test de diagnostic <i>in vitro</i> pour la détection de saignement occulte fécal dans les selles
Fabriqué par	Polymedco Cancer Diagnostic Products, LLC. 510 Furnace Dock Road Cortlandt Manor, NY 10567 <a href="http://www.polymedco.com">www.polymedco.com</a>
Numéro d'urgence	(800) 431-2123 ou +1 (914) 739-5400

Section 2 Identification des dangers (applicable aux contrôles positifs et négatifs uniquement ; les autres composants ne sont pas dangereux)	
Classification de danger	Toxicité aiguë, orale - catégorie 4 Corrosion cutanée / irritation cutanée - Catégorie 2 Lésions oculaires graves / irritation oculaire - Catégorie 2B Danger pour le milieu aquatique, danger à long terme – Catégorie 3
Mention d'avertissement	Attention
Pictogramme	
Mentions de danger	H302 Nocif en cas d'ingestion H315 Provoque une irritation cutanée H319 Provoque une irritation des yeux H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques
Conseils de prudence	P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit P273 Éviter le rejet dans l'environnement P280 Porter des gants de protection P301 + P312 EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. P305 + P351 + P331 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical/consulter un médecin. P330 Rincer la bouche P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.



## Kit de démarrage OC-Light®

Section 2 Identification des dangers (cont.)	
Autres dangers non classés	Ce produit est dérivé de substances d'origine humaine testées et déclarées négatives pour les anticorps du virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et VIH 2), les antigènes de surface d'hépatite B (HBsAg) et les anticorps du virus de l'hépatite C (VHC). Des méthodes approuvées par la FDA ont été utilisées pour réaliser ces tests. Aucun test ne peut offrir la garantie complète qu'aucun agent infectieux n'est présent, ce produit doit donc être manipulé comme une substance potentiellement biodangereuse.

Section 3 Composition et informations sur les composants						
Caractérisation chimique	Les bandelettes d'analyse ne contiennent aucune substance dangereuse Les bouteilles d'échantillonnage ne contiennent aucun produit chimique à des niveaux dangereux Les contrôles contiennent du CDTA, de l'acide de molybdate de sodium, de l'azoture de sodium Les contrôles positifs contiennent de l'hémoglobine humaine					
Nom chimique	Suspension de latex dans les bandelettes d'analyse. Ne contient pas de latex naturel.	HEPES	CDTA	Molybdate de sodium dihydrate	Azoture de sodium	Hémoglobine humaine
Synonymes	Billes de latex, polystyrène	Acide 4-(2-Hydroxyéthyle) piperazine-1-éthane sulfonique	Acide trans-1,2-diaminocyclo-hexane-N,N,N',N'-tétraacétique monohydrate	Acide de molybdate de sodium dihydrate	Azium	Sans objet
Numéro CAS	Sans objet	7365-45-9	125572-95-4	10102-40-6	26628-22-8	9008-02-0
Concentration	Sans objet	50 mM dans les bouteilles d'échantillonnage	1 mM dans les contrôles	20 mM dans les contrôles	<0,1% dans les bouteilles d'échantillon-nage 0,1% dans les contrôles	0,004 % dans le contrôle positif

Section 4 Premiers soins	
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical/consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :	Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
EN CAS D'INGESTION :	Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D'INHALATION :	En cas de gêne respiratoire, porter la victime à l'air frais et la maintenir au repos, dans une position confortable pour respirer. En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.



## Kit de démarrage OC-Light®

<b>Section 5 Mesures à prendre en cas d'incendie</b>	
Point d'éclair	Sans objet
Limites d'inflammabilité	Sans objet
Température d'auto-ignition	Sans objet
Moyen d'extinction	Utiliser un moyen d'extinction approprié à l'incendie environnant
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion	Aucun risque spécial déterminé
Produits de combustion dangereux	Aucun risque spécial déterminé
Équipement de protection pour les pompiers	Un appareil respiratoire autonome est recommandé pour les pompiers

<b>Section 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel</b>	
Précautions personnelles	Porter des vêtements, des gants et un masque oculaire de protection.
Procédures d'urgence	Aucune procédure d'urgence particulière n'est requise.
Procédures de confinement	Contenir les déversements afin d'éviter toute migration.
Procédures de nettoyage	Utiliser une substance absorbante adaptée pour absorber le déversement. Décontaminer la zone de déversement à l'aide d'eau de javel ou de tout autre désinfectant adapté.

<b>Section 7 Manutention et stockage</b>	
Manipulation et stockage	Éviter toute inhalation, toute ingestion et tout contact avec les yeux ou la peau.
Conditions de stockage recommandées	2 - 8 °C
Incompatibilités	Aucune détermination

<b>Section 8 Contrôles de l'exposition / protection individuelle</b>	
Limites d'exposition :	
OSHA	Aucune détermination
ACGIH	Acide de sodium : 0,29 mg/m <sup>3</sup>
Moyens mécaniques	Ventilation normale de la pièce
Protection respiratoire	Ventilation normale de la pièce
Protection des yeux	Porter des lunettes de sécurité pour éviter tout contact avec les yeux.
Protection de la peau	Porter des gants et des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec la peau.



## Kit de démarrage OC-Light®

<b>Section 9 Propriétés physiques et chimiques</b>				
	<b>Bandelettes d'analyse</b>	<b>Bouteilles d'échantillonnage</b>	<b>Contrôle positif</b>	<b>Contrôle négatif</b>
Aspect	Dispositif à écoulement latéral avec membrane en nitrocellulose	Liquide transparent incolore	Solution transparente à légèrement brune	Solution transparente à légèrement brune
Odeur	Inodore	Inodore	Inodore	Inodore
Seuil d'odeur	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination
pH	Sans objet	6,2 – 6,6	6,2 – 6,6	6,2 – 6,6
Point de fusion/Point de gel	Sans objet	Environ 0 °C	Env. 0 °C	Env. 0 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition	Sans objet	Environ 100 °C	Env. 100 °C	Env. 100 °C
Point d'éclair	Aucune détermination	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Vitesse d'évaporation	Sans objet	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune détermination	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune détermination	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Pression de vapeur	Sans objet	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination
Densité de vapeur	Sans objet	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination
Densité relative	Sans objet	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination
Solubilité	Sans objet	Soluble dans l'eau	Soluble dans l'eau	Soluble dans l'eau
Coefficient de partage	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination
Température d'auto-ignition	Sans objet	Sans objet	Aucune détermination	Aucune détermination
Température de décomposition	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination
Viscosité	Sans objet	Aucune détermination	Aucune détermination	Aucune détermination



## Kit de démarrage OC-Light®

<b>Section 10 Stabilité et réactivité</b>	
Stabilité	Stable à des températures et pressions ambiantes normales.
Stabilisateurs requis	Sans objet
Problèmes de sécurité avec le changement d'aspect physique	Aucun identifié
Réactions dangereuses	Avec le temps, l'azoture de sodium peut former des azotures explosifs en contact avec les acides forts ou les métaux.
Polymérisation dangereuse	Ne polymérise pas
Incompatibilités	Acides forts ; métaux
Produits de décomposition dangereux	Aucune détermination
Conditions à éviter	Éviter tout contact avec les acides forts. Ne pas éliminer le produit dans les égouts.

<b>Section 11 Données toxicologiques</b>	
Informations sur les voies et les effets d'exposition probables (effets à court/long terme) :	
Inhalation	Aucune détermination
Ingestion	Nocif en cas d'ingestion
Contact avec la peau	Provoque une irritation cutanée
Contact avec les yeux	Provoque une irritation des yeux
Toxicité (LD50/LC50)	LD50 orale pour l'azoture de sodium : Lapin : 10 mg/kg, Rat : 27 mg/kg Intrapéritonéale pour le molybdate de sodium : Rat : 520 mg/kg
Sensibilisation	Non disponible
Carcinogénicité	Non disponible
Toxicité reproductive	Non disponible
Tératogénicité	Non disponible
Mutagénicité	Acide de sodium : Positive

<b>Section 12 Données écologiques</b>	
Écotoxicité	Danger à long terme pour les organismes aquatiques
Persistance/dégradabilité	Aucune détermination
Potentiel de bioaccumulation	Aucune détermination
Mobilité dans le sol (absorption/infiltration)	Aucune détermination
Devenir dans l'environnement	Aucune détermination
Potentiel de dégradation de la couche d'ozone	Aucune détermination
Potentiel de création d'ozone pétrochimique	Aucune détermination
Potentiel de perturbation endocrinienne	Aucune détermination
Potentiel de réchauffement de la planète	Aucune détermination



## Kit de démarrage OC-Light®

<b>Section 13 Données sur l'élimination</b>	
Conteneurs d'élimination	Contrôles : conteneurs étanches marqués du symbole de biodanger.
Méthodes d'élimination	Éliminer les substances de source humaine avec les déchets biodangereux ou médicaux. Éliminer dans le respect des règlements fédéraux, nationaux et locaux. En cas de doute sur les exigences applicables, contacter les autorités pour informations.
Propriétés susceptibles d'affecter l'élimination	Substance potentiellement biodangereuse ; éliminer avec des déchets biodangereux ou médicaux
Élimination dans les égouts	Ne pas éliminer le produit dans les égouts.
Précaution pour les décharges ou l'incinération	Éliminer les substances avec les déchets biodangereux ou médicaux.

<b>Section 14 Informations relatives au transport</b>	
Numéro UN	Non réglementé
Nom d'expédition UN valide	Non réglementé
Classe de danger de transport	Non réglementé
Groupe de conditionnement	Non réglementé
Danger pour l'environnement	Aucun identifié
Conseils pour le transport en vrac	Aucune exigence particulière
Précautions particulières de transport	Aucune identifiée

<b>Section 15 Informations sur la réglementation</b>	
OSHA	Ce produit n'est pas couvert par la définition d'une substance dangereuse conformément au 29 CFR 1910.2000
TSCA	Listé
SARA	
302	Sans objet
311/312	Aucun danger
313	En dessous des niveaux seuils de rapport
Proposition de Californie 65	Non listé
Canada DSL/NDSL	Acide de sodium : listé sur DSL
Classe WHMIS	Acide de sodium : non contrôlé sous 1 %
Ces informations n'ont pas pour objet de fournir une liste complète des réglementations relatives au produit et les réglementations listées sont soumises à changement. Il appartient à l'utilisateur de respecter toutes les réglementations locales, départementales et nationales/fédérales lors de la manipulation du produit.	



**Kit de démarrage OC-Light®**

<b>Section 16 Autres informations</b>			
Classes NFPA :		Classes HMIS :	
Santé	1	Santé	1
Inflammabilité	0	Inflammabilité	0
Réactivité	0	Réactivité	0
Dangers physiques	Potentiel biodangereux	Équipement de protection	B
Date de préparation	2 décembre 2014		
Date de la dernière révision	26 février 2015		
Les informations contenues dans cette FDS sont réputées exactes et complètes au moment de la révision. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie et Polymedco n'assume aucune responsabilité légale suite à leur utilisation. L'utilisateur de nos produits est tenu de respecter toute législation et toute directive applicable.			